Angelica Extract in Decursin Analysis

1. Analytical Condition

YL9100 HPLC System

Mobile Phase : 1.5 g Sodium lauryl sulfate + 2 g Sodium phosphate dibasic
+ 500 mL Acetonitrile + 500 mL UPW

Flow rate : 1 mL/min

Column : Sunfire C18 (4.6 * 250 mm, 5 μm)

Detector : UV/Vis, 230 nm

Column Temp. : 35 ℃

Injection volumn: 5 μL

2. Chromatogram

